

KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUM PATOLOGI
RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
APBD TAHUN 2025

Uraian Pendahuluan	
1. Latar Belakang	Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit (RSUD AM Parikesit) merupakan rumah sakit tipe B yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. RSUD AM Parikesit sebagai Rumah Sakit Pendidikan sedang proses pengembangan Pelayanan yang ditandai dengan pembangunan gedung-gedung baru. Dalam menjalankan misi dan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit diperlukan fasilitas pelayanan yang memadai, oleh karena itu rumah sakit membutuhkan penambahan fasilitas alat-alat kesehatan yang menunjang pengembangan rumah sakit saat ini dan masa depan.
2. Maksud dan Tujuan	Maksud a. Menunjang kebutuhan pelayanan di rumah sakit b. Menyediakan fasilitas pelayanan berupa penyediaan Alat Kesehatan Penunjang Medik yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan Tujuan a. Terpenuhinya fasilitas Alat Kesehatan Penunjang Medik yang mendukung pelayanan b. Tersedianya kebutuhan fasilitas kesehatan untuk menunjang pelayanan
3. Sasaran	Terpenuhinya fasilitas alat penunjang yang meliputi alat kesehatan di Instalasi Laboratorium
4. Lokasi Pekerjaan	Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit, Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Sumber Pendanaan	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025. - Program : 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Kode rekening : 5.2.02.08.01.0014 Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen : dr. Sugiyarti Satuan Kerja : RSUD Aji Muhammad Parikesit			
Data Penunjang				
7. Data Dasar	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan SKPD Tahun 2025			
8. Referensi Hukum	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
Ruang Lingkup				
9. Lingkup Pekerjaan	Pengadaan Alat Laboratorium Patologi yang meliputi :			
	No	Nama Alat	Jumlah	
	1	HBA1C Analyzer Spesifikasi : Test Speed : 130 Sec/Test	1	Unit
10. Keluaran/Output	Jumlah Alat Laboratorium Patologi yang disediakan			
11. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan menyesuaikan dengan ketersediaan masing-masing alat, pengiriman dan uji fungsi alat. Diperkirakan minimal 60 hari kalender sampai dengan 180 hari kalender setelah penandatanganan kontrak.			
12. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	Tahapan kegiatan pengadaan dimulai dari 06 Januari 2025 s/d 30 Juli 2025			
Hal-Hal Lain				
13. Produksi Dalam Negeri dan UMKK	Semua kegiatan pengadaan alat kesehatan berdasarkan KAK ini diutamakan menggunakan produk dalam negeri dari Usaha Mikro Kecil dan Koperasi			
14. Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, pihak penyedia alat berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak.			

Tenggarong Seberang, 06 Januari 2025
Pejabat Pembuat Komitmen



dr. Sugiyarti
NIP. 19751009 200701 2 025

**PT.SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA**

JL. Adam Malik No.33 Samarinda

Telp. (0541) 4112376, 4112373

Fax. (0541) 4112376

Medical – Dental – Laboratory Suplier

Samarinda, 30 April 2025

No : 0523/SRMJ/SPH/S&M/SMD/VI/2025

Hal : Penawaran Harga

Kepada Yth,
RSUD A.M PARIKESITDi -
Tempat

Bersama ini kami sampaikan penawaran harga sebagai berikut:

No	Nama Produk	Qty	Satuan	Harga	Onkir	Total Harga
1	ADAMS ADAMS A1c Lite HA-8380V	1	UNIT	Rp 299.000.000	Rp 6.975.000	Rp 305.975.000
	https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/1364247					
TOTAL						Rp 305.975.000

Ket : - Harga sudah termasuk PPN 11%

Demikian surat penawaran kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

MC. Susilowati
Direktur

Automatic Glycohemoglobin Analyzer

ADAMS™ A1c Lite

HA-8380V



Compact and Fast
Highly-accurate measurements
HPLC Technology

ADAMS™ A1c Lite

HA-8380V



Compact size

Compact and small size with full function and performance.

※Size comparison with HA-8180V



Easy-to-maintain

No special tools are required for daily maintenance. Exchanged parts are hand-tightened, minimizing the workload of the user.



Cap-piercing method

The HA-8380V uses a cap-piercing method which enables the setting of capped blood collection tubes in sample racks. The accurate and direct aspiration of blood samples not only reduces workload but also helps to protect lab technicians from infection.



High-accurate measurements

The highly accurate measurements are the result of the HPLC measurement principle. The measurement result includes information of each peak and chromatogram. The result will be shown in both IFCC and NGSP units.

Specifications			
Samples	Whole blood or hemolysates	Sample volume	Approx. 40μL (whole blood)
Measured items	HbA1c (Stable HbA1c), HbF (HbS and HbC can be detected in the Variant mode.)	Sample container	Blood collection tube (12.3 or 15mm diameters × 75 to 100mm length)
Measurement principle	HPLC method (Reversed-phase cation exchange chromatography)	Sampling method	Cap-Piercing
Detection method	Dual-wavelength colorimetry (wavelengths measured: 420nm/500nm)	Rack	5 samples/rack
Resolution	0.1% Ratio, 1mmol/mol	Measurement conditions	10-30°C, 20-80%RH (No condensation)
Measurement range	HbA1c : 3-20%, 9-195mmol/mol, HbF : 0-100%	Display	20 digits × 2 lines LCD
Throughput	Variant mode: 160seconds per sample Fast mode : 100seconds per sample	Built-in Printer	Thermal printer, 58mm thermal paper
		Sample loading capacity	A maximum of 10 samples
		Power supply	AC100V-240V ±10% 50/60Hz
		External dimensions	330(W) × 515(D) × 485(H) mm

※Design and specifications may be changed without prior notice

Pt. ArkRay

Mega Plaza 12th Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-3,
Jakarta 12920, Indonesia
TEL +62-21-521-2120 FAX +62-21-521-2234

Surat Kesanggupan

Nomor : 06/008-MGR/SAS-ARK/VI/2025

Kami PT. Arkray menyatakan jika RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara membeli alat kami dengan data sebagai berikut:

- Nama alat : ADAMSTTM A1c Lite HA-8380V
- Merk Alat : ARKRAY ADAMSTTM
- Tipe Alat : HA-8380V
- Tahun Produksi Tipe : 2024
- Paket yang didapat : (Terlampir)
- Asal Negara : Jepang
- TKDN : -
- Stok di Indonesia : Iya
- E-Katalog : Iya
- Link : <https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/1364247?type=general>
- Harga : Rp. 299.000.000,00
- Spesifikasi Lengkap : (Terlampir)
- Surat Penunjukan Distributor : (Terlampir)
- Populasi Alat : (Terlampir)

Maka kami akan menyanggupi memenuhi kewajiban kami terhadap RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Ongkir : Rp. 6.975.000,00 (sesuai referensi ongkos kirim tertera pada laman e-Katalog)
2. Garansi : 2 tahun
3. Paket Garansi : Penggantian spare part, jika ada kerusakan
4. Preventif Maintenance :
5. Teknisi Terdekat : PT. Sumber Rejeki Medika Jaya
6. Respon Time Teknisi : 1 x 24 jam
7. Purnajual & Sparepart : Dalam masa garansi, free penggantian sparepart, jika ada kerusakan
8. Unit Backup : Sesuai dengan ketersediaan
9. Training alat Insite : Termasuk
10. Training alat Outsite : Termasuk
11. Alat sampai ke RS : Maksimal 60 hari kerja
12. Kontribusi lainnya (jika ada) :

Surat kesanggupan ini akan berlaku jika RSUD Aji Muhammad Parikesit memulai proses pengadaan alat tersebut diatas selambat-lambatnya 30 Juni 2025.

Demikian surat kesanggupan ini kami buat dan sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Mei 2025

PT. Arkray

**Andy Hartono**

Business Development Manager

Set e-Katalog ADAMS A1c Lite HA-8380V

No	Part No.	Description	Qty
ADAMS A1c Lite HA-8380V			
<i>Instrument</i>			
1	107377	ADAMS A1c Lite HA-8380V(INT-IVDR)	1
<i>Reagent / Consumable</i>			
2	107378	HEMOLYSIS WASHING SOLUTION Lite H(IVDR)	1
3	71262	ELUENT 80A	1
4	71263	ELUENT 80B	1
5	71278	ELUENT 80CV	1
6		Calibration Set for HA-8380V	1
7	71237	Washing solution for tubes	1
8	10003	Sample Cup	1
<i>Control</i>			
9	71287	extendSURE HbA1c Ctrl.(HB710SBAr)	1
10	107350	CONTROL DILUTION SET 80(INT-IVDR)	1
<i>Calibrator</i>			
11	101714	CALIBRATOR Lite(INT-IVD)	1
<i>Accessories</i>			
12	WA1250EU-1K21	Wearnes WA1250EU-1K21	1

Automatic Glycohemoglobin Analyzer

ADAMS™ A1c Lite

HA-8380V

Samples	Whole blood or hemolysates
Measured items	HbA1c (Stable HbA1c), HbF (HbS and HbC can be detected in the Variant mode)
Measurement principle	HPLC method (Reversed-phase cation exchange chromatography)
Detection method	Dual-wavelength colorimetry (wavelengths measured: 420nm/500nm)
Resolution	0.1% Ratio, 1mmol/mol
Measurement range	HbA1c : 3-20%, 9-195mmol/mol, HbF 0-100%
Throughput	Variant mode: 160 seconds per sample Fast mode: 100 seconds per sample
Sample volume	Approximately 4μL (whole blood)
Sample container	Blood collection tube (12.3 or 15mm diameters x 75 to 100mm length)
Sampling method	Cap-Piercing
Rack	5 samples/rack
Measurement conditions	10-30°C, 20-80%RH (No condensation)
Display	20 digits x 2 lines LCD
Built-in Printer	Thermal printer, 58mm thermal paper
Sample loading capacity	A maximum of 10 samples
Power supply	AC100V-240V ± 10% 50/60Hz
External dimensions	330 (W) x 515 (D) x 485 (H) mm



To whom it may concern

Jakarta, February 28th, 2025

AUTHORIZATION LETTER

We, PT. Arkray, having its principal place of business at Mega Plaza 12th floor, Jl. HR Rasuna Said Kav. C-3 Jakarta 12920, Indonesia.

Hereby certify that,

PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA, having its principal place of business at Jl. Adam Malik No. 33, Samarinda, Indonesia.

is our authorized distributor for sale following mentioned of ARKRAY products:

Territory : Kalimantan Timur, Kalimantan Utara


Products : HA-8380V, HA-8180T, PocketChem A1c, AE-4070, PU-4010, SE-1520
the reagents and consumables

Period : Valid until 31st January, 2026

PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA is duly authorized to submit a tender, subsequently negotiate, sign contract for above mentioned products manufactured by us and provide effective after sales service.

This document is valid until 31st January, 2026.

Yours Faithfully

Kazunori Ishii
Director

Daftar Pengguna ARKRAY ADAMS™ A1c Lite HA-8380V

No	Category	Instruments	Customer Name	Province	Owner	Hospital Class	Hospital Type
1	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	RS Umum Daerah Panembahan Senopati	D I YOGYAKARTA	Pemkab	B	RSU
2	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	RS Umum Panti Rapih	D I YOGYAKARTA	Organisasi Sosial	B	RSU
3	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	RSUP Dr. Sardjito	D I YOGYAKARTA	Kemkes	A	RSU
4	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	RS Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta	JAWA TENGAH	Pemprop	A	RSU
5	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	RS Umum Islam Klaten	JAWA TENGAH	Organisasi Islam	B	RSU
6	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	RS Pertamina Balikpapan	KALIMANTAN TIMUR	BUMN	C	RSU
7	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	RS Umum Daerah Polewali	SULAWESI BARAT	Pemkab	C	RSU
8	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	RS Dr. Tadjuddin Chalid, MPH	SULAWESI SELATAN	Kemkes	B	RSU
9	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	RS Umum Daerah Ampana	SULAWESI TENGAH	Pemkab	C	RSU
10	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	RS Bahteramas Provinsi Sultra	SULAWESI TENGGARA	Pemprop	B	RSU
11	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	RS Umum Daerah H. Abdul Manap	JAMBI	Pemkot	C	RSU
12	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	RSUP Dr. Sardjito	D I YOGYAKARTA	Kemkes	A	RSU
13	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai	MALUKU UTARA	Pemkab	C	RSU
14	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	RS Universitas Indonesia	JAWA BARAT	Kementerian Lain	B	RSU
15	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	DINAS KESEHATAN Kabupaten Batang	JAWA TENGAH			
16	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	RS Brawijaya Saharjo	DKI JAKARTA	SWASTA/ LAINNYA	C	RSU
17	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	RS Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong	NUSA TENGGARA BARAT	Pemkab	B	
18	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	RS Umum Daerah dr.H. Jusuf SK	KALIMANTAN UTARA	Pemprop	B	RSU
19	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	Mayapada Hospital Surabaya	JAWA TIMUR	SWASTA/LAINNYA	C	RSU
20	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	RS Umum Daerah Kabupaten Banggai	SULAWESI TENGAH	Pemkab	B	RSU
21	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	Labkesda Provinsi Sumatera Utara	SUMATERA UTARA			
22	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	RS Khusus Ibu dan Anak Brawijaya	DKI JAKARTA	SWASTA/LAINNYA	B	RSIA
23	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	RS Umum Daerah Tugu Koja	DKI JAKARTA	Pemprop	C	RSU
24	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	RS Umum Daerah Merah Putih	JAWA TENGAH	Pemkab	C	RSU
25	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	RS Pertamina Cirebon	JAWA BARAT	SWASTA/LAINNYA	C	RSU
26	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	Puskesmas Duren Sawit	DKI JAKARTA			PKM
27	Hb A1c HPLC	ADAMS A1c Lite HA-8380V	Labkesda Kota Samarinda	KALIMANTAN TIMUR			



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KESEHATAN

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1, Tenggarong Seberang, Telepon (0541) 661015, Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



Tenggarong Seberang, 07 Mei 2025

Nomor : B-160/RSAMP/PPK-ALK/400.7.5.5/05/2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Undangan Presentasi

Yth. Pimpinan PT. Sumber Rezeki Medika Jaya

di –

Tempat

Pada Tahun Anggaran 2025, RSUD Aji Muhammad Parikesit merencanakan pembelian alat kesehatan :

- Sterile Connection Device dan
- HBA1C Analyzer

Sebelum merealisasikan hal tersebut, kami memerlukan informasi produk dari penyedia alat kesehatan agar alat yang akan dibeli nantinya sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di RSUD Aji Muhammad Parikesit.

Untuk itu, kami mengundang PT. Sumber Rezeki Medika Jaya sebagai penyedia produk tersebut diatas untuk mempresentasikan produknya pada,

Hari : Jumat

Tanggal : 09 Mei 2025

Waktu : 13.30 - 14.15 wita

Pimpinan Acara : Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan

Link Google Meet : <https://meet.google.com/bnm-ryox-ctq>

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen

dr. Sugiyarti

NIP. 19751009 200701 2 025

Catatan :

- Harap melampirkan brosur dari produk yang akan dipresentasikan
- Harap hadir 15 menit sebelum acara.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KESEHATAN

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1, Tenggarong Seberang, Telepon (0541) 661015, Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



Tenggarong Seberang, 07 Mei 2025

Nomor : B-159/RSAMP/PPK-ALK/400.7.5.5/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan

Yth. **Nama Terlampir**

di –

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk bersedia hadir pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 09 Mei 2025

Waktu : 13.30 - 16.00 wita

Acara : Rapat Presentasi Alat Kesehatan Sterile Connection Device
dan HBA1C Analyzer

Pimpinan Acara : Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan

Link Google Meet : <https://meet.google.com/bnm-ryox-ctq>

Demikian undangan ini kami sampaikan, mengingat pentingnya acara ini, maka Bapak/Ibu dimohon hadir tepat pada waktunya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen


dr. Sugiyarti

NIP. 19751009 200701 2 025

Catatan :

- Harap hadir 15 menit sebelum acara dimulai



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KESEHATAN

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1, Tenggarong Seberang, Telepon (0541) 661015, Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



Tenggarong Seberang, 07 Mei 2025

Nomor : B-161/RSAMP/PPK-ALK/400.7.5.5/05/2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Undangan Presentasi

Yth. Pimpinan PT. Mahakarya Pratama Medika

di -

Tempat

Pada Tahun Anggaran 2025, RSUD Aji Muhammad Parikesit merencanakan pembelian alat kesehatan :

- Sterile Connection Device dan
- HBA1C Analyzer

Sebelum merealisasikan hal tersebut, kami memerlukan informasi produk dari penyedia alat kesehatan agar alat yang akan dibeli nantinya sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di RSUD Aji Muhammad Parikesit.

Untuk itu, kami mengundang PT. Mahakarya Pratama Medika sebagai penyedia produk tersebut diatas untuk mempresentasikan produknya pada,

Hari : Jumat
Tanggal : 09 Mei 2025
Waktu : 14.15 - 15.00 wita
Pimpinan Acara : Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan
Link Google Meet : <https://meet.google.com/bnm-ryox-ctq>

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen

dr. Sugiyarti

NIP. 19751009 200701 2 025

Catatan :

- Harap melampirkan brosur dari produk yang akan dipresentasikan
- Harap hadir 15 menit sebelum acara.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN



UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com

NOTULEN

Hari / Tanggal / Waktu : Jumat, 09 Mei 2025 / 13.45 wita
Pimpinan Rapat : dr. Sugiyarti
Notulen : Rochadi A.
Pokok Bahasan : Presentasi Produk Alat Kesehatan Sterile Connection Device dan HBA1C Analyzer

1. Pembukaan

Presentasi dibuka oleh dr. Sugiyarti sebagai PPKom, Kepala Instalasi Laboratorium, Kepala Unit Patologi Klinik dan BDRS, Petugas BDRS, teknisi ATEM IPS RS, dan pihak perwakilan PT. Sumber Rezeki Medika Jaya.

2. Pembahasan Rapat :

PT. Sumber Rezeki Medika Jaya yang diwakili oleh Pak Ade dan Tim mempresentasikan alat kesehatan Sterile Connection Device dan HBA1C Analyzer.

Fitur / spesifikasi **HBA1C Analyzer** dengan merk ADAMS A1c Lite-8380V Arkray:

Memiliki 3 mode : Fast mode, variant mode, variant mode

- Hb Variant Library
- Bisa menghasilkan akurasi yang lebih akurat
- CV nya dibawah 1,5%
- Sudah terstandar international
- Untuk kalibrasi kurang lebih 2500 tes
- Persyaratan volume sampel minimal 1 cc
- Kondisi sampel bisa dilakukan pemeriksaan maksimal 4 hari
- Bisa terkoneksi ke LIS

Untuk populasi di Kaltim : Labkesda Prov. Kaltim, RS Balikpapan dan untuk di Indonesia sudah ada 30 RS / labkesda yang menggunakan.

Fitur Device Connection Sterile dengan merk / jenis Fresenius Kabi ComboDock
Alat penyambung steril untuk menghubungkan selang PVC medis

- Sistem tertutup sepenuhnya – mengurangi bau dan asap
- Mendukung dokumentasi yang paperless
- Teknologi tanpa wafer – tidak ada limbah, bau terbakar
- Kombinasi selang basah dan kering
- Variasi diameter luar selang

Populasi sudah tersebar di Indonesia diantaranya RS Sardjito, RS Bogor.

2. Kesimpulan :

Harga alat HBA1C Analyzer di e-katalog sekitar Rp.299.000.000,-

Harga alat Device Connection Sterile di e-katalog sekitar Rp. 280 jutaan

Garansi : 1 tahun

Waktu alat tiba di RS : 30 hari kalender

Kunjungan teknisi sebanyak : 2 kali dalam setahun

Teknisi terdekat di Jakarta

Respon time saat terjadi kerusakan : 1 x 24 jam via telepon dan visite 3 x 24 jam

3. Saran & Tindakan :

Diperlukan Presentasi Produk Sejenis dari Penyedia Lain sebagai Pembandingan.

Pimpinan Rapat



dr. Sugiyarti

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 14 Juli 2025
Jam : 14.00.
Tempat : Ruang Laboratorium.
Kegiatan : uji fungsi Alat Kesehatan HBA/C Analyzer.

NO	NAMA	JABATAN / BAGIAN	TANDA TANGAN
1	Dr. N. W. W. W. W.	Lab	
2	Dr. K. K. K. K. K.	Lab	
3	Mayada Khaira El-U	Koordinator ATUM	
4	ALI RAHMAM	P B	
5	M. K. K. K. K.	Asst / TL	
6	Agung Nanang B.	ATUM	
7	AMR F. F. F.	Lab	
8	Atifianuari Hf.	staf	
9	Eko. Herawanto	Teknisi Arkray	
10	AFIS Ma'arif m	Teknisi SR.	
11	M. Fachrud Rahman.	Admin Lab.	
12	Dwi Yan. K. K.	Tekniki RUS	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN



UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com

NOTULEN

Hari / Tanggal / Waktu : Jumat, 09 Mei 2025 / 15.15 wita
Pimpinan Rapat : dr. Sugiyarti
Notulen : Rochadi A.
Pokok Bahasan : Presentasi Produk Alat Kesehatan HBA1C Analyzer

1. Pembukaan

Presentasi dibuka oleh dr. Sugiyarti sebagai PPKom, Kepala Instalasi Laboratorium, Kepala Unit Patologi Klinik dan BDRS, Petugas BDRS, teknisi ATEM IPS RS, dan pihak perwakilan PT. Mahakarya Pratama Medika.

2. Pembahasan Rapat :

PT. Mahakarya Pratama Medika yang diwakili oleh Pak Lutfi dan Tim mempresentasikan alat kesehatan HBA1C Analyzer.

Fitur / spesifikasi **HBA1C Analyzer** dengan merk LIFOTRONIC GH900Plus HbA1c Analyser:

- maksimal 10 test
- Bisa menghasilkan akurasi yang lebih akurat
- CV nya dibawah 1,5%
- Persyaratan volume sampel minimal 1 cc
- Kondisi sampel bisa dilakukan pemeriksaan maksimal 4 hari
- Bisa terkoneksi ke LIS atau SIM RS
- Reagen close

2. Kesimpulan :

Harga alat HBA1C Analyzer di e-katalog sekitar Rp. 285.897.572,-

Garansi : 1 tahun

Waktu alat tiba di RS : 30 hari kalender

Kunjungan teknisi sebanyak : 2 kali dalam setahun


Teknisi terdekat di surabaya

Respon time saat terjadi kerusakan : 1 x 24 jam via telepon dan visite 3 x 24 jam

3. Saran & Tindakan :

Diperlukan Presentasi Produk Sejenis dari Penyedia Lain sebagai Pembanding.

Pimpinan Rapat



dr. Sugiyarti



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KESEHATAN

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMILIHAN
KEGIATAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN APBD TAHUN 2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. dr. Mauritz Silalahi, Sp.P (FISR), MARS | : Wadir Penunjang dan Pengembangan |
| 2. dr. Sugiyarti | : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) |
| 3. dr. Kinit Diana, SpPK | : Dokter Spesialis Patologi Klinik |
| 4. Mayada Khaira El Umammi, S.Tr.A.K | : Koordinator ATLM |
| 5. Mohammad Akbar Saputra, Amd.AK | : Analis unit Bank Darah |

Dengan ini telah sepakat dan menyetujui bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pemilihan Pengadaan Alat Kedokteran **HBA1C** dan **Sterile Connection Device** yang akan diadakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 adalah :

NO	NAMA ALAT	MERK / TYPE	KETERANGAN	ALASAN
1.	HBA1C	ARKRAY ADAMS A1c Lite - HA- 8380V	e-katalog	1. Harga sesuai pagu anggaran 2. Spesifikasi sesuai dengan kebutuhan user 3. Tersedia pembelian melalui dengan e-katalog 4. Paket alat yang didapat yaitu 1 unit mesin HBA1C beserta aksesoris. 5. Kelebihan alat : - Teknologi HPLC Presisi Tinggi – metode HPLC (High Performance Liquid Chromatography) — metode paling akurat dan diakui secara internasional (IFCC/DCCT) - Ukuran Lebih Ringkas & Ringan Dimensi hanya 430 × 500 × 440 mm; berat 26 kg. - Piercing Tube Langsung (Cap Piercing) Tidak perlu membuka penutup tabung. - Built-in Printer + Barcode Ready - Kapasitas 18 sampel per batch, throughput hingga 40 tes/jam.

NO	NAMA ALAT	MERK / TYPE	KETERANGAN	ALASAN
				6. Masa garansi 2 tahun 7. Preventif maintenance 2 kali setahun selama masa garansi 8. Purna jual sparepart 5 tahun ketersediaan sparepart 9. Memfasilitasi Kegiatan ilmiah/ pelatihan/ peningkatan kompetensi user RSUD Aji Muhammad Parikesit. 10. Memfasilitasi training On Site setelah instalasi alat bagi user. 11. Tersedia unit back up jika terjadi kerusakan 12. Teknisi alat terdekat di Samarinda
2.	STERILE CONNECTION DEVICE	Fresenius Kabi - Compodock S2	E-Katalog	1. Harga sesuai pagu anggaran 2. Spesifikasi sesuai dengan kebutuhan user 3. Tersedia pembelian melalui dengan e-katalog 4. Paket alat yang didapat yaitu 1 unit Fresenius Kabi - Compodock S2 beserta aksesoris. 5. Kelebihan alat : - Teknologi waferless patented: memungkinkan proses docking steril tanpa pungutan wafer sekali pakai. - Hanya 2 langkah sederhana untuk melakukan docking, dengan waktu rata-rata sekitar 20–80 detik per docking. - DockMaster NET – Manajemen Digital - Fitur dokumentasi terintegrasi, mencatat semua sesi docking: operator, tanggal, waktu, ID donor, hasil pass/fail. - Keamanan Steril Maksimal - Ujung tabung tetap tertutup selama proses. 6. Masa garansi : 1 tahun 7. Preventif maintenance 2 kali setahun selama masa garansi 8. Purna jual sparepart 5 tahun

NO	NAMA ALAT	MERK / TYPE	KETERANGAN	ALASAN
				ketersediaan sparepart 9. Memfasilitasi Kegiatan ilmiah/ pelatihan/ peningkatan kompetensi user RSUD Aji Muhammad Parikesit. 10. Memfasilitasi training On Site setelah instalasi alat bagi user. 11. Teknisi alat terdekat di Samarinda

Demikian Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan ini dibuat dan telah ditandatangani yang menghadiri acara ini

1. **dr. Mauritz Silalahi, Sp.P.(FISR), MARS**
Wadir Penunjang dan Pengembangan
2. **dr. Sugiyarti**
Pejabat Pembuat Komitmen
3. **dr. Kinit Diana, SpPK**
Dokter Spesialis Patologi Klinik
4. **Mayada Khaira El Umammi, S.Tr.A.K**
Koordinator ATLM
5. **Mohammad Akbar Saputra, A.Md.AK**
Analisis unit Bank Darah

